




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 15 พ.ย. 2560  
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 90,950.-บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง โดยทำการสืบราคาจาก
  - 4.1 บริษัท ไชแอนติฟิค โพรโมชัน จำกัด โทร. 021854333
  - 4.2 บริษัท ไชเอนซ์แอนด์เมตคอลลซัพพลาย จำกัด โทร. 029054860
  - 4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล .เค อินเตอร์ กรุ๊ป โทร. 022017173
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 5.1. นายสุเทียม เครือวัลย์ 
  - 5.2. นางสาวปิ่นตมาศ ผดุงชอบ 
  - 5.3. นางสาวกรกมล สว่างจิตต์ 

## ใบแนบเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์

วงเงินเกินหนึ่งแสน แต่ไม่เกินห้าแสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 16 (2) ข

รายการที่ 1 ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้

1. เป็นตู้สำหรับดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ
2. วัสดุที่ใช้ทำตู้ ทำด้วย เหล็กเคลือบสี ประตูเปิดด้านหน้าทำด้วยกระจก ง่ายต่อการทำความสะอาด
3. มีค่าความชื้นภายในตู้ไม่เกิน 20 % RH (ทดสอบโดยเปิดเครื่องเป่าไอน้ำไว้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมง)
4. ขนาดตัวตู้ภายนอก 450x400x900 มิลลิเมตร (กว้างx ลึกx สูง)
5. ขนาดภายใน 410x 365x 840 มิลลิเมตร (กว้างx ลึกx สูง)
6. แสดงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Thermo/Hygrometer
7. มีระบบการจัดความชื้นออกจากตู้โดยใช้ Solid high molecular electrolysis membrane ซึ่งใช้ electrode ทำให้สามารถพาไฮโดรเจนไอออน ( $H^+$ ) จากการแตกตัวของน้ำ ( $H_2O$ ) ที่ขั้วบวกไปสู่ขั้วลบ และออกสู่ภายนอกตู้ได้
8. มีชั้นวางของจำนวน 2 ชั้น
9. ใช้ไฟฟ้า 110 V, 50 Hz. หรือ 220 V, 50Hz (ใช้ตัวปรับไฟให้เป็น 220V, 50 Hz เป็นอุปกรณ์ประกอบ)
10. เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปีโดยมีหนังสือใบรับประกันคุณภาพสินค้า และบริษัทฯ มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

.....  
อาจารย์สุเทียม เครือวัลย์

.....  
อาจารย์ปิ่นตมาศ ผดุงชอบ

นางสาวกรกมล สว่างจิตต์